Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 21:16 27.10.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 168022;

2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 168022;

3. Статус: Действует;

4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2023/20989 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02933870);

5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 29.08.2023;

6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;

7. Период действия версии: с 29.08.2023;

8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

9. Наименование медицинского изделия: Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, варианты исполнения: Consona N7, Consona N7 Pro, Consona N7S, Consona N7 Exp, Consona N7 Elite, Consona N7 Ultra, Consona N7 Plus
I. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7, в составе:
1. Блок основной, модель Consona N7 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.
3. Руководство по эксплуатации (Данные об акустической мощности и температуре на поверхности датчика) - 1 шт.
4. Паспорт - 1 шт.
5. Кабель питания - не более 5 шт.
6. Набор этикеток (на русском языке) - не более 5 шт.
7. Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим, модель EA6232A - 1 шт. (при необходимости).

8. Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA - 1 шт. (при необходимости).
9. Заглушка порта датчика - не более 5 шт.
10. Модуль графического процессора - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
10.1. Модуль графического процессора - 1 шт.
10.2. Защитный кожух - 1 шт.
11. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
11.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - 1 шт.
11.2. Винт M5X12 - 3 шт.
12. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
12.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - 1 шт.
12.2. Винт M5X12 - 3 шт.
13. Набор корзин для хранения принадлежностей - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
13.1. Корзина для хранения принадлежностей - 2 шт.
13.2. Корзина для хранения принадлежностей подвесная - 1 шт.
13.3. Саморез с цилиндрической головкой без наконечника PT4X10 - 2 шт.
14. Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43 - не более 5 шт. (при необходимости).
15. Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard - 1 шт. (при необходимости).
16. Нагреватель геля (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
16.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
16.2. Винт M5X12 - 3 шт.
17. Нагреватель геля (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
17.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
17.2. Винт M5X12 - 3 шт.
18. Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
18.1. USB-кабель - 1 шт.
18.2. USB-кабель удлинительный - 1 шт.
18.3. Микрофон беспроводной - 1 шт.
18.4. Передатчик, модель XPD1 - 1 шт.
18.5. Приемник, модель STAGE RXD2 - 1 шт.
19. Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
19.1. Блок основной LPA11 - 1 шт.
19.2. Адаптер питания LPA11 - 1 шт.
19.3. Кабель питания для адаптера LPA11 - 1 шт.
19.4. Кабель сетевой LPA11 - 1 шт.
20. Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N - не более 5 шт. (при необходимости).
21. Адаптер для подключения датчика PCM-SA01 - не более 5 шт. (при необходимости).

22. Клавиатура - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Накладка на клавиатуру защитная - не более 5 шт. (при необходимости).
24. Аккумулятор, модель LI24I001H - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Модуль мультифункциональный, поддерживающий работу режимов CW, 4D и работу чреспищеводного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Модуль питания дополнительный SW-PHV, улучшающий разрешающую способность датчика - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
26.1. Плата SW-PHV - 1 шт.
26.2. Крышка модуля SW-PHV - 1 шт.
27. Кабель для подключения карандашного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Модуль Wi-Fi - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
28.1. Адаптер Wi-Fi - 1 шт.
28.2. Антенна Wi-Fi с кабелем IPEX4 - 1 шт.
28.3. Винт M3x5 с гальваническим покрытием - 1 шт.
28.4. Кожух модуля Wi-Fi (4G+ Wi-Fi) - 1 шт.
29. Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
29.1. Блок сканера - 1 шт.
29.2. USB-кабель - 1 шт.
29.3. Держатель сканера - 1 шт.
29.4. Основание - 1 шт.
29.5. Гайка-барашек - 1 шт.
30. Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
30.1. Блок сканера - 1 шт.
30.2. Кабель для подключения сканера штрих-кодов - 1 шт.
31. Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
31.1. Фильтр сетевой - 1 шт.
31.2. Кабель питания 0,5 м - 1 шт.
32. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
32.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.2. Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.3. Датчик ультразвуковой конвексный C6-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.4. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A - не более 5 шт. (при необходимости).
32.5. Датчик ультразвуковой конвексный C6-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.6. Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.7. Датчик ультразвуковой конвексный C7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.8. Датчик ультразвуковой линейный L13-3N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.9. Датчик ультразвуковой линейный L13-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.10. Датчик ультразвуковой линейный 7L4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.11. Датчик ультразвуковой линейный L9-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.12. Датчик ультразвуковой линейный L14-3W - не более 5 шт. (при необходимости).
32.13. Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.14. Датчик ультразвуковой линейный L20-5s - не более 5 шт. (при необходимости).
32.15. Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs - не более 5 шт. (при необходимости).
32.16. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.17. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.18. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.19. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.20. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H - не более 5 шт. (при необходимости).
32.21. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB - не более 5 шт. (при необходимости).
32.22. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.23. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.24. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.25. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.26. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.27. Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.28. Датчик ультразвуковой полостной 6LE7 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.29. Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.30. Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.31. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.32. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.33. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.33.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - 1 шт.
32.33.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.34. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.34.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - 1 шт.
32.34.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.35. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - не более 5

шт. (при необходимости), в составе:
32.35.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - 1 шт.
32.35.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.36. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.36.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - 1 шт.
32.36.2. Чехол коннектора чреспищеводного датчика - 1 шт.
32.36.3. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.37. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.37.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - 1 шт.
32.37.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
33. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
33.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.2. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.3. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.4. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.5. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.6. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.7. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.8. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.9. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.10. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.11. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.12. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.13. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054 - не более 10 шт. (при необходимости).
34. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
34.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости).

34.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package) (при необходимости).
34.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package) (при необходимости).
34.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package) (при необходимости).
34.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package) (при необходимости).
34.6. Для урологических исследований (Urology Package) (при необходимости).
34.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package) (при необходимости).
34.8. Для педиатрических исследований (Pediatrics Package) (при необходимости).
34.9. Для исследований нервов (Nerve Package) (при необходимости).
34.10. Для исследований при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package) (при необходимости).
35. Программное обеспечение:
35.1. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic) (при необходимости).
35.2. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist) (при необходимости).
35.3. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS) (при необходимости).
35.4. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve) (при необходимости).
35.5. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR) (при необходимости).
35.6. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR) (при необходимости).
35.7. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR) (при необходимости).
35.8. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для исследований молочных желез в формате DICOM (DICOM Breast SR) (при необходимости).
35.9. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM (DICOM Abdomen SR) (при необходимости).
35.10. Для формирования структурированного отчета при исследованиях поверхностно расположенных органов в формате DICOM (DICOM Small Parts SR) (при необходимости).
35.11. Для объемного сканирования в реальном времени (4D) (при необходимости).
35.12. Для тканевой допплеровской визуализации (TDI) (при необходимости).
35.13. Для количественного анализа в режиме тканевого допплера (TDI QA) (при необходимости).
35.14. Для контрастного усиления левого желудочка (VLMI Contrast) (при необходимости).
35.15. Для проведения исследований в режиме объемной визуализации с контрастированием (Volume CEUS) (при необходимости).
35.16. Для работы в режиме двумерной эластографии методом сдвиговой волны (STE) (при необходимости).
35.17. Для количественной оценки жесткости тканей методом сдвиговой волны (STQ) (при

необходимости).
35.18. Для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда методом спекл-трекинг (Tissue Tracking QA) (при необходимости).
36.19. Для мультисрезового томографического отображения данных объемного изображения с регулировкой толщины среза (iPage+) (при необходимости).
35.20. Для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (SCV+) (при необходимости).
35.21. Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода (iLive) (при необходимости).
35.22. Для исследования объемного изображения сердца плода (STIC) (при необходимости).
35.23. Для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического допплеровского картирования (Color 3D) (при необходимости).
35.24. Для оценки взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости (Niche) (при необходимости).
35.25. Для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (Smart Volume) (при необходимости).
35.26. Для полуавтоматической трассировки и вычисления объема исследуемого объекта в режиме получения объемного изображения (Smart V Trace) (при необходимости).
35.27. Для автоматического получения стандартных срезов и измерений из объемного изображения при исследовании ЦНС плода (Smart Planes CNS) (при необходимости).
35.28. Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face) (при необходимости).
35.29. Для автоматического определения объема внутричерепного пространства плода (Smart ICV) (при необходимости).
35.30. Для автоматической настройки параметров для получения объемного изображения на основании распознавания анатомических структур (Smart Scene 3D) (при необходимости).
35.31. Для визуализации микроваскулярных структур с медленным кровотоком (Ultra-Micro Angiography) (при необходимости).
35.32. Для обработки изображения с применением технологии стереоскопического восприятия кровотока (Glazing Flow) (при необходимости).
35.33. Для автоматической оценки состояния тазового дна (Smart Pelvic) (при необходимости).
35.34. Для автоматического измерения биометрических параметров плода (Smart OB) (при необходимости).
35.35. Для автоматического измерения ЧСС плода в М-режиме (Smart Fetal HR) (при необходимости).
35.36. Для автоматического оконтуривания, подсчета, определения размеров и объемов фолликулов (Smart FLC) (при необходимости).
35.37. Для контроля проведения экстракорпорального оплодотворения (IVF) (при необходимости).
35.38. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT) (при необходимости).

35.39. Для автоматической оценки образований щитовидной железы (Smart Thyroid) (при необходимости).
35.40. Для автоматической оценки образований молочных желез (Smart Breast) (при необходимости).
35.41. Для автоматической оценки состояния тазобедренного сустава у детей по методу Графа (Smart Hip) (при необходимости).
35.42. Для проведения полуавтоматических измерений исследуемого объекта (Smart Trace) (при необходимости).
35.43. Для определения гепаторенального индекса (Smart HRI) (при необходимости).
35.44. Для автоматического определения границ мочевого пузыря и его объема (Smart Bladder) (при необходимости).
35.45. Для оценки индекса васкуляризации (CPP) (при необходимости).
35.46. Для схематического отображения результатов исследования сосудов (V-Mapping) (при необходимости).
35.47. Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).
35.48. Антивирус ClamAV (при необходимости).
35.49. Для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Smart NT) (при необходимости).
35.50. Для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (AutoEF) (при необходимости).
35.51. Для режима панорамного сканирования (iScape View) (при необходимости).
35.52. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D) (при необходимости).
35.53. Для анатомического М-режима (Free Xros M) (при необходимости).
35.54. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM) (при необходимости).
35.55. Для режима постоянно-волнового допплера CW (при необходимости).
35.56. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography) (при необходимости).
35.57. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) (при необходимости).
35.58. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).
35.59. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) (при необходимости).
35.60. Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) (при необходимости).
35.61. Для исследований левого желудочка с контрастным усилением (LVO) (при необходимости).
35.62. Для автоматического определения толщины комплекса интима-медиа в режиме реального времени (RIMT) (при необходимости).
35.63. DVR-модуль (DVR Module) (при необходимости).
35.64. Для радиочастотного количественного анализа жесткости сосудистой стенки (R-VQS) (при необходимости).
35.65. Для автоматического подсчета количества B-линий (Smart B-line). (при необходимости).
35.66. Для управления голосовыми командами (iVocal) (при необходимости).

Принадлежности:

1. Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша - не более 5 шт.

2. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши - не более 5 шт.

3. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши - не более 5 шт.

4. Набор принадлежностей - не более 5 шт., в составе:

4.1. Кабель заземления - 1 шт.

4.2. Чехол защитный для блока основного - 1 шт.

4.3. Ящик для хранения принадлежностей - 1 шт.

4.4. Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, M4X12 - 1 шт.

4.5. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 2 - 1 шт.

4.6. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 3 - 2 шт.

4.7. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 4 - 3 шт.

II. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Pro, в составе:

1. Блок основной, модель Consona N7 Pro - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.

3. Руководство по эксплуатации (Данные об акустической мощности и температуре на поверхности датчика) - 1 шт.

4. Паспорт - 1 шт.

5. Кабель питания - не более 5 шт.

6. Набор этикеток (на русском языке) - не более 5 шт.

7. Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим, модель EA6232A - 1 шт. (при необходимости).

8. Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA - 1 шт. (при необходимости).

9. Заглушка порта датчика - не более 5 шт.

10. Модуль графического процессора - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

10.1. Модуль графического процессора - 1 шт.

10.2. Защитный кожух - 1 шт.

11. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

11.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - 1 шт.

11.2. Винт M5X12 - 3 шт.

12. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

12.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - 1 шт.

12.2. Винт M5X12 - 3 шт.

13. Набор корзин для хранения принадлежностей - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

13.1. Корзина для хранения принадлежностей - 2 шт.

13.2. Корзина для хранения принадлежностей подвесная - 1 шт.

13.3. Саморез с цилиндрической головкой без наконечника PT4X10 - 2 шт.

14. Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43 - не более 5 шт. (при необходимости).

15. Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard - 1 шт. (при необходимости).
16. Нагреватель геля (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
16.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
16.2. Винт M5X12 - 3 шт.
17. Нагреватель геля (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
17.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
17.2. Винт M5X12 - 3 шт.
18. Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
18.1. USB-кабель - 1 шт.
18.2. USB-кабель удлинительный - 1 шт.
18.3. Микрофон беспроводной - 1 шт.
18.4. Передатчик, модель XPD1 - 1 шт.
18.5. Приемник, модель STAGE RXD2 - 1 шт.
19. Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
19.1. Блок основной LPA11 - 1 шт.
19.2. Адаптер питания LPA11 - 1 шт.
19.3. Кабель питания для адаптера LPA11 - 1 шт.
19.4. Кабель сетевой LPA11 - 1 шт.
20. Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N - не более 5 шт. (при необходимости).
21. Адаптер для подключения датчика PCM-SA01 - не более 5 шт. (при необходимости).
22. Клавиатура - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Накладка на клавиатуру защитная - не более 5 шт. (при необходимости).
24. Аккумулятор, модель LI24I001H - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Модуль мультифункциональный, поддерживающий работу режимов CW, 4D и работу чреспищеводного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Модуль питания дополнительный SW-PHV, улучшающий разрешающую способность датчика - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
26.1. Плата SW-PHV - 1 шт.
26.2. Крышка модуля SW-PHV - 1 шт.
27. Кабель для подключения карандашного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Модуль Wi-Fi - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
28.1. Адаптер Wi-Fi - 1 шт.
28.2. Антенна Wi-Fi с кабелем IPEX4 - 1 шт.
28.3. Винт M3x5 с гальваническим покрытием - 1 шт.
28.4. Кожух модуля Wi-Fi (4G+ Wi-Fi) - 1 шт.
29. Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
29.1. Блок сканера - 1 шт.
29.2. USB-кабель - 1 шт.
29.3. Держатель сканера - 1 шт.

29.4. Основание - 1 шт.
29.5. Гайка-барашек - 1 шт.
30. Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
30.1. Блок сканера - 1 шт.
30.2. Кабель для подключения сканера штрих-кодов - 1 шт.
31. Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
31.1. Фильтр сетевой - 1 шт.
31.2. Кабель питания 0,5 м - 1 шт.
32. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
32.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.2. Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.3. Датчик ультразвуковой конвексный C6-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.4. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A - не более 5 шт. (при необходимости).
32.5. Датчик ультразвуковой конвексный C6-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.6. Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.7. Датчик ультразвуковой конвексный C7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.8. Датчик ультразвуковой линейный L13-3N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.9. Датчик ультразвуковой линейный L13-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.10. Датчик ультразвуковой линейный 7L4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.11. Датчик ультразвуковой линейный L9-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.12. Датчик ультразвуковой линейный L14-3W - не более 5 шт. (при необходимости).
32.13. Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.14. Датчик ультразвуковой линейный L20-5s - не более 5 шт. (при необходимости).
32.15. Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs - не более 5 шт. (при необходимости).
32.16. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.17. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.18. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.19. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.20. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H - не более 5 шт. (при необходимости).
32.21. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB - не более 5 шт. (при необходимости).
32.22. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.23. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.24. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.25. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B - не более 5 шт. (при

необходимости).
32.26. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.27. Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.28. Датчик ультразвуковой полостной 6LE7 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.29. Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.30. Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.31. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.32. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.33. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.33.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - 1 шт.
32.33.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.34. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.34.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - 1 шт.
32.34.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.35. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.35.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - 1 шт.
32.35.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.36. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.36.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - 1 шт.
32.36.2. Чехол коннектора чреспищеводного датчика - 1 шт.
32.36.3. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.37. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.37.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - 1 шт.
32.37.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
33. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
33.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.2. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.3. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007 - не более 10 шт. (при необходимости).

33.4. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.5. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.6. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.7. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.8. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.9. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.10. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.11. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.12. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.13. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054 - не более 10 шт. (при необходимости).
34. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
34.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости).
34.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package) (при необходимости).
34.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package) (при необходимости).
34.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package) (при необходимости).
34.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package) (при необходимости).
34.6. Для урологических исследований (Urology Package) (при необходимости).
34.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package) (при необходимости).
34.8. Для педиатрических исследований (Pediatrics Package) (при необходимости).
34.9. Для исследований нервов (Nerve Package) (при необходимости).
34.10. Для исследований при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package) (при необходимости).
35. Программное обеспечение:
35.1. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic) (при необходимости).
35.2. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist) (при необходимости).
35.3. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS) (при необходимости).
35.4. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve) (при необходимости).

35.5. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR) (при необходимости).
35.6. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR) (при необходимости).
35.7. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR) (при необходимости).
35.8. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для исследований молочных желез в формате DICOM (DICOM Breast SR) (при необходимости).
35.9. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM (DICOM Abdomen SR) (при необходимости).
35.10. Для формирования структурированного отчета при исследованиях поверхностно расположенных органов в формате DICOM (DICOM Small Parts SR) (при необходимости).
35.11. Для объемного сканирования в реальном времени (4D) (при необходимости).
35.12. Для тканевой допплеровской визуализации (TDI) (при необходимости).
35.13. Для количественного анализа в режиме тканевого допплера (TDI QA) (при необходимости).
35.14. Для контрастного усиления левого желудочка (VLMI Contrast) (при необходимости).
35.15. Для проведения исследований в режиме объемной визуализации с контрастированием (Volume CEUS) (при необходимости).
35.16. Для работы в режиме двумерной эластографии методом сдвиговой волны (STE) (при необходимости).
35.17. Для количественной оценки жесткости тканей методом сдвиговой волны (STQ) (при необходимости).
35.18. Для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда методом спекл-трекинг (Tissue Tracking QA) (при необходимости).
36.19. Для мультисрезового томографического отображения данных объемного изображения с регулировкой толщины среза (iPage+) (при необходимости).
35.20. Для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (SCV+) (при необходимости).
35.21. Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода (iLive) (при необходимости).
35.22. Для исследования объемного изображения сердца плода (STIC) (при необходимости).
35.23. Для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического допплеровского картирования (Color 3D) (при необходимости).
35.24. Для оценки взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости (Niche) (при необходимости).
35.25. Для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (Smart Volume) (при необходимости).
35.26. Для полуавтоматической трассировки и вычисления объема исследуемого объекта в режиме получения объемного изображения (Smart V Trace) (при необходимости).

35.27. Для автоматического получения стандартных срезов и измерений из объемного изображения при исследовании ЦНС плода (Smart Planes CNS) (при необходимости).
35.28. Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face) (при необходимости).
35.29. Для автоматического определения объема внутричерепного пространства плода (Smart ICV) (при необходимости).
35.30. Для автоматической настройки параметров для получения объемного изображения на основании распознавания анатомических структур (Smart Scene 3D) (при необходимости).
35.31. Для визуализации микроваскулярных структур с медленным кровотоком (Ultra-Micro Angiography) (при необходимости).
35.32. Для обработки изображения с применением технологии стереоскопического восприятия кровотока (Glazing Flow) (при необходимости).
35.33. Для автоматической оценки состояния тазового дна (Smart Pelvic) (при необходимости).
35.34. Для автоматического измерения биометрических параметров плода (Smart OB) (при необходимости).
35.35. Для автоматического измерения ЧСС плода в М-режиме (Smart Fetal HR) (при необходимости).
35.36. Для автоматического оконтуривания, подсчета, определения размеров и объемов фолликулов (Smart FLC) (при необходимости).
35.37. Для контроля проведения экстракорпорального оплодотворения (IVF) (при необходимости).
35.38. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT) (при необходимости).
35.39. Для автоматической оценки образований щитовидной железы (Smart Thyroid) (при необходимости).
35.40. Для автоматической оценки образований молочных желез (Smart Breast) (при необходимости).
35.41. Для автоматической оценки состояния тазобедренного сустава у детей по методу Графа (Smart Hip) (при необходимости).
35.42. Для проведения полуавтоматических измерений исследуемого объекта (Smart Trace) (при необходимости).
35.43. Для определения гепаторенального индекса (Smart HRI) (при необходимости).
35.44. Для автоматического определения границ мочевого пузыря и его объема (Smart Bladder) (при необходимости).
35.45. Для оценки индекса васкуляризации (CPP) (при необходимости).
35.46. Для схематического отображения результатов исследования сосудов (V-Mapping) (при необходимости).
35.47. Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).
35.48. Антивирус ClamAV (при необходимости).
35.49. Для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Smart NT) (при необходимости).
35.50. Для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (AutoEF) (при

необходимости).
35.51. Для режима панорамного сканирования (iScape View) (при необходимости).
35.52. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D) (при необходимости).
35.53. Для анатомического М-режима (Free Xros M) (при необходимости).
35.54. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM) (при необходимости).
35.55. Для режима постоянно-волнового допплера CW (при необходимости).
35.56. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography) (при необходимости).
35.57. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) (при необходимости).
35.58. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).
35.59. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) (при необходимости).
35.60. Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) (при необходимости).
35.61. Для исследований левого желудочка с контрастным усилением (LVO) (при необходимости).
35.62. Для автоматического определения толщины комплекса интима-медиа в режиме реального времени (RIMT) (при необходимости).
35.63. DVR-модуль (DVR Module) (при необходимости).
35.64. Для радиочастотного количественного анализа жесткости сосудистой стенки (R-VQS) (при необходимости).
35.65. Для автоматического подсчета количества B-линий (Smart B-line). (при необходимости).
35.66. Для управления голосовыми командами (iVocal) (при необходимости).
Принадлежности:
1. Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша - не более 5 шт.
2. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши - не более 5 шт.
3. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши - не более 5 шт.
4. Набор принадлежностей - не более 5 шт., в составе:
4.1. Кабель заземления - 1 шт.
4.2. Чехол защитный для блока основного - 1 шт.
4.3. Ящик для хранения принадлежностей - 1 шт.
4.4. Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, M4X12 - 1 шт.
4.5. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 2 - 1 шт.
4.6. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 3 - 2 шт.
4.7. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 4 - 3 шт.
III. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7S, в составе:
1. Блок основной, модель Consona N7S - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.
3. Руководство по эксплуатации (Данные об акустической мощности и температуре на поверхности датчика) - 1 шт.
4. Паспорт - 1 шт.

5. Кабель питания - не более 5 шт.
6. Набор этикеток (на русском языке) - не более 5 шт.
7. Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим, модель EA6232A - 1 шт. (при необходимости).
8. Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA - 1 шт. (при необходимости).
9. Заглушка порта датчика - не более 5 шт.
10. Модуль графического процессора - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
10.1. Модуль графического процессора - 1 шт.
10.2. Защитный кожух - 1 шт.
11. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
11.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - 1 шт.
11.2. Винт M5X12 - 3 шт.
12. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
12.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - 1 шт.
12.2. Винт M5X12 - 3 шт.
13. Набор корзин для хранения принадлежностей - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
13.1. Корзина для хранения принадлежностей - 2 шт.
13.2. Корзина для хранения принадлежностей подвесная - 1 шт.
13.3. Саморез с цилиндрической головкой без наконечника PT4X10 - 2 шт.
14. Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43 - не более 5 шт. (при необходимости).
15. Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard - 1 шт. (при необходимости).
16. Нагреватель геля (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
16.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
16.2. Винт M5X12 - 3 шт.
17. Нагреватель геля (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
17.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
17.2. Винт M5X12 - 3 шт.
18. Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
18.1. USB-кабель - 1 шт.
18.2. USB-кабель удлинительный - 1 шт.
18.3. Микрофон беспроводной - 1 шт.
18.4. Передатчик, модель XPD1 - 1 шт.
18.5. Приемник, модель STAGE RXD2 - 1 шт.
19. Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
19.1. Блок основной LPA11 - 1 шт.
19.2. Адаптер питания LPA11 - 1 шт.
19.3. Кабель питания для адаптера LPA11 - 1 шт.

19.4. Кабель сетевой LPA11 - 1 шт.
20. Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N - не более 5 шт. (при необходимости).
21. Адаптер для подключения датчика PCM-SA01 - не более 5 шт. (при необходимости).
22. Клавиатура - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Накладка на клавиатуру защитная - не более 5 шт. (при необходимости).
24. Аккумулятор, модель LI24I001H - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Модуль мультифункциональный, поддерживающий работу режимов CW, 4D и работу чреспищеводного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Модуль питания дополнительный SW-PHV, улучшающий разрешающую способность датчика - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
26.1. Плата SW-PHV - 1 шт.
26.2. Крышка модуля SW-PHV - 1 шт.
27. Кабель для подключения карандашного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Модуль Wi-Fi - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
28.1. Адаптер Wi-Fi - 1 шт.
28.2. Антенна Wi-Fi с кабелем IPEX4 - 1 шт.
28.3. Винт M3x5 с гальваническим покрытием - 1 шт.
28.4. Кожух модуля Wi-Fi (4G+ Wi-Fi) - 1 шт.
29. Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
29.1. Блок сканера - 1 шт.
29.2. USB-кабель - 1 шт.
29.3. Держатель сканера - 1 шт.
29.4. Основание - 1 шт.
29.5. Гайка-барашек - 1 шт.
30. Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
30.1. Блок сканера - 1 шт.
30.2. Кабель для подключения сканера штрих-кодов - 1 шт.
31. Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
31.1. Фильтр сетевой - 1 шт.
31.2. Кабель питания 0,5 м - 1 шт.
32. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
32.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.2. Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.3. Датчик ультразвуковой конвексный C6-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.4. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A - не более 5 шт. (при необходимости).
32.5. Датчик ультразвуковой конвексный C6-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.6. Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.7. Датчик ультразвуковой конвексный C7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.8. Датчик ультразвуковой линейный L13-3N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.9. Датчик ультразвуковой линейный L13-3 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.10. Датчик ультразвуковой линейный 7L4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.11. Датчик ультразвуковой линейный L9-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.12. Датчик ультразвуковой линейный L14-3W - не более 5 шт. (при необходимости).
32.13. Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.14. Датчик ультразвуковой линейный L20-5s - не более 5 шт. (при необходимости).
32.15. Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs - не более 5 шт. (при необходимости).
32.16. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.17. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.18. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.19. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.20. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H - не более 5 шт. (при необходимости).
32.21. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB - не более 5 шт. (при необходимости).
32.22. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.23. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.24. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.25. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.26. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.27. Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.28. Датчик ультразвуковой полостной 6LE7 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.29. Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.30. Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.31. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.32. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.33. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.33.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - 1 шт.
32.33.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.34. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - не более 5 шт. (при необходимости), в

составе:
32.34.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - 1 шт.
32.34.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.35. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.35.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - 1 шт.
32.35.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.36. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.36.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - 1 шт.
32.36.2. Чехол коннектора чреспищеводного датчика - 1 шт.
32.36.3. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.37. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.37.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - 1 шт.
32.37.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
33. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
33.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.2. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.3. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.4. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.5. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.6. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.7. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.8. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.9. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.10. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.11. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.12. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.13. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054 - не

более 10 шт. (при необходимости).
34. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
34.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости).
34.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package) (при необходимости).
34.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package) (при необходимости).
34.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package) (при необходимости).
34.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package) (при необходимости).
34.6. Для урологических исследований (Urology Package) (при необходимости).
34.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package) (при необходимости).
34.8. Для педиатрических исследований (Pediatrics Package) (при необходимости).
34.9. Для исследований нервов (Nerve Package) (при необходимости).
34.10. Для исследований при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package) (при необходимости).
35. Программное обеспечение:
35.1. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic) (при необходимости).
35.2. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist) (при необходимости).
35.3. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS) (при необходимости).
35.4. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve) (при необходимости).
35.5. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR) (при необходимости).
35.6. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR) (при необходимости).
35.7. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR) (при необходимости).
35.8. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для исследований молочных желез в формате DICOM (DICOM Breast SR) (при необходимости).
35.9. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM (DICOM Abdomen SR) (при необходимости).
35.10. Для формирования структурированного отчета при исследованиях поверхностно расположенных органов в формате DICOM (DICOM Small Parts SR) (при необходимости).
35.11. Для объемного сканирования в реальном времени (4D) (при необходимости).
35.12. Для тканевой допплеровской визуализации (TDI) (при необходимости).
35.13. Для количественного анализа в режиме тканевого допплера (TDI QA) (при необходимости).
35.14. Для контрастного усиления левого желудочка (VLMI Contrast) (при необходимости).
35.15. Для проведения исследований в режиме объемной визуализации с контрастированием

(Volume CEUS) (при необходимости).
35.16. Для работы в режиме двумерной эластографии методом сдвиговой волны (STE) (при необходимости).
35.17. Для количественной оценки жесткости тканей методом сдвиговой волны (STQ) (при необходимости).
35.18. Для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда методом спекл-трекинг (Tissue Tracking QA) (при необходимости).
36.19. Для мультисрезового томографического отображения данных объемного изображения с регулировкой толщины среза (iPage+) (при необходимости).
35.20. Для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (SCV+) (при необходимости).
35.21. Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода (iLive) (при необходимости).
35.22. Для исследования объемного изображения сердца плода (STIC) (при необходимости).
35.23. Для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического допплеровского картирования (Color 3D) (при необходимости).
35.24. Для оценки взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости (Niche) (при необходимости).
35.25. Для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (Smart Volume) (при необходимости).
35.26. Для полуавтоматической трассировки и вычисления объема исследуемого объекта в режиме получения объемного изображения (Smart V Trace) (при необходимости).
35.27. Для автоматического получения стандартных срезов и измерений из объемного изображения при исследовании ЦНС плода (Smart Planes CNS) (при необходимости).
35.28. Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face) (при необходимости).
35.29. Для автоматического определения объема внутричерепного пространства плода (Smart ICV) (при необходимости).
35.30. Для автоматической настройки параметров для получения объемного изображения на основании распознавания анатомических структур (Smart Scene 3D) (при необходимости).
35.31. Для визуализации микроваскулярных структур с медленным кровотоком (Ultra-Micro Angiography) (при необходимости).
35.32. Для обработки изображения с применением технологии стереоскопического восприятия кровотока (Glazing Flow) (при необходимости).
35.33. Для автоматической оценки состояния тазового дна (Smart Pelvic) (при необходимости).
35.34. Для автоматического измерения биометрических параметров плода (Smart OB) (при необходимости).
35.35. Для автоматического измерения ЧСС плода в М-режиме (Smart Fetal HR) (при необходимости).
35.36. Для автоматического оконтуривания, подсчета, определения размеров и объемов фолликулов (Smart FLC) (при необходимости).

35.37. Для контроля проведения экстракорпорального оплодотворения (IVF) (при необходимости).
35.38. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT) (при необходимости).
35.39. Для автоматической оценки образований щитовидной железы (Smart Thyroid) (при необходимости).
35.40. Для автоматической оценки образований молочных желез (Smart Breast) (при необходимости).
35.41. Для автоматической оценки состояния тазобедренного сустава у детей по методу Графа (Smart Hip) (при необходимости).
35.42. Для проведения полуавтоматических измерений исследуемого объекта (Smart Trace) (при необходимости).
35.43. Для определения гепаторенального индекса (Smart HRI) (при необходимости).
35.44. Для автоматического определения границ мочевого пузыря и его объема (Smart Bladder) (при необходимости).
35.45. Для оценки индекса васкуляризации (CPP) (при необходимости).
35.46. Для схематического отображения результатов исследования сосудов (V-Mapping) (при необходимости).
35.47. Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).
35.48. Антивирус ClamAV (при необходимости).
35.49. Для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Smart NT) (при необходимости).
35.50. Для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (AutoEF) (при необходимости).
35.51. Для режима панорамного сканирования (iScape View) (при необходимости).
35.52. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D) (при необходимости).
35.53. Для анатомического М-режима (Free Xros M) (при необходимости).
35.54. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM) (при необходимости).
35.55. Для режима постоянно-волнового допплера CW (при необходимости).
35.56. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography) (при необходимости).
35.57. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) (при необходимости).
35.58. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).
35.59. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) (при необходимости).
35.60. Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) (при необходимости).
35.61. Для исследований левого желудочка с контрастным усилением (LVO) (при необходимости).
35.62. Для автоматического определения толщины комплекса интима-медиа в режиме реального времени (RIMT) (при необходимости).
35.63. DVR-модуль (DVR Module) (при необходимости).

35.64. Для радиочастотного количественного анализа жесткости сосудистой стенки (R-VQS) (при необходимости).
35.65. Для автоматического подсчета количества B-линий (Smart B-line). (при необходимости).
35.66. Для управления голосовыми командами (iVocal) (при необходимости).
Принадлежности:
1. Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша - не более 5 шт.
2. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши - не более 5 шт.
3. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши - не более 5 шт.
4. Набор принадлежностей - не более 5 шт., в составе:
4.1. Кабель заземления - 1 шт.
4.2. Чехол защитный для блока основного - 1 шт.
4.3. Ящик для хранения принадлежностей - 1 шт.
4.4. Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, M4X12 - 1 шт.
4.5. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 2 - 1 шт.
4.6. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 3 - 2 шт.
4.7. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 4 - 3 шт.
IV. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Exp, в составе:
1. Блок основной, модель Consona N7 Exp - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.
3. Руководство по эксплуатации (Данные об акустической мощности и температуре на поверхности датчика) - 1 шт.
4. Паспорт - 1 шт.
5. Кабель питания - не более 5 шт.
6. Набор этикеток (на русском языке) - не более 5 шт.
7. Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим, модель EA6232A - 1 шт. (при необходимости).
8. Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA - 1 шт. (при необходимости).
9. Заглушка порта датчика - не более 5 шт.
10. Модуль графического процессора - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
10.1. Модуль графического процессора - 1 шт.
10.2. Защитный кожух - 1 шт.
11. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
11.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - 1 шт.
11.2. Винт M5X12 - 3 шт.
12. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
12.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - 1 шт.
12.2. Винт M5X12 - 3 шт.
13. Набор корзин для хранения принадлежностей - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

13.1. Корзина для хранения принадлежностей - 2 шт.
13.2. Корзина для хранения принадлежностей подвесная - 1 шт.
13.3. Саморез с цилиндрической головкой без наконечника PT4X10 - 2 шт.
14. Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43 - не более 5 шт. (при необходимости).
15. Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard - 1 шт. (при необходимости).
16. Нагреватель геля (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
16.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
16.2. Винт M5X12 - 3 шт.
17. Нагреватель геля (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
17.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
17.2. Винт M5X12 - 3 шт.
18. Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
18.1. USB-кабель - 1 шт.
18.2. USB-кабель удлинительный - 1 шт.
18.3. Микрофон беспроводной - 1 шт.
18.4. Передатчик, модель XPD1 - 1 шт.
18.5. Приемник, модель STAGE RXD2 - 1 шт.
19. Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
19.1. Блок основной LPA11 - 1 шт.
19.2. Адаптер питания LPA11 - 1 шт.
19.3. Кабель питания для адаптера LPA11 - 1 шт.
19.4. Кабель сетевой LPA11 - 1 шт.
20. Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N - не более 5 шт. (при необходимости).
21. Адаптер для подключения датчика PCM-SA01 - не более 5 шт. (при необходимости).
22. Клавиатура - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Накладка на клавиатуру защитная - не более 5 шт. (при необходимости).
24. Аккумулятор, модель LI24I001H - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Модуль мультифункциональный, поддерживающий работу режимов CW, 4D и работу чреспищеводного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Модуль питания дополнительный SW-PHV, улучшающий разрешающую способность датчика - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
26.1. Плата SW-PHV - 1 шт.
26.2. Крышка модуля SW-PHV - 1 шт.
27. Кабель для подключения карандашного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Модуль Wi-Fi - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
28.1. Адаптер Wi-Fi - 1 шт.
28.2. Антенна Wi-Fi с кабелем IPEX4 - 1 шт.
28.3. Винт M3x5 с гальваническим покрытием - 1 шт.
28.4. Кожух модуля Wi-Fi (4G+ Wi-Fi) - 1 шт.

29. Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
29.1. Блок сканера - 1 шт.
29.2. USB-кабель - 1 шт.
29.3. Держатель сканера - 1 шт.
29.4. Основание - 1 шт.
29.5. Гайка-барашек - 1 шт.
30. Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
30.1. Блок сканера - 1 шт.
30.2. Кабель для подключения сканера штрих-кодов - 1 шт.
31. Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
31.1. Фильтр сетевой - 1 шт.
31.2. Кабель питания 0,5 м - 1 шт.
32. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
32.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.2. Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.3. Датчик ультразвуковой конвексный C6-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.4. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A - не более 5 шт. (при необходимости).
32.5. Датчик ультразвуковой конвексный C6-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.6. Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.7. Датчик ультразвуковой конвексный C7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.8. Датчик ультразвуковой линейный L13-3N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.9. Датчик ультразвуковой линейный L13-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.10. Датчик ультразвуковой линейный 7L4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.11. Датчик ультразвуковой линейный L9-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.12. Датчик ультразвуковой линейный L14-3W - не более 5 шт. (при необходимости).
32.13. Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.14. Датчик ультразвуковой линейный L20-5s - не более 5 шт. (при необходимости).
32.15. Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs - не более 5 шт. (при необходимости).
32.16. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.17. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.18. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.19. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.20. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H - не более 5 шт. (при необходимости).
32.21. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB - не более 5 шт. (при необходимости).
32.22. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.23. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B - не более 5 шт. (при

необходимости).
32.24. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.25. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.26. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.27. Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.28. Датчик ультразвуковой полостной 6LE7 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.29. Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.30. Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.31. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.32. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.33. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.33.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - 1 шт.
32.33.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.34. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.34.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - 1 шт.
32.34.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.35. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.35.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - 1 шт.
32.35.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.36. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.36.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - 1 шт.
32.36.2. Чехол коннектора чреспищеводного датчика - 1 шт.
32.36.3. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.37. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.37.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - 1 шт.
32.37.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
33. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
33.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004 - не более 10 шт. (при необходимости).

33.2. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.3. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.4. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.5. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.6. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.7. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.8. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.9. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.10. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.11. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.12. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.13. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054 - не более 10 шт. (при необходимости).
34. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
34.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости).
34.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package) (при необходимости).
34.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package) (при необходимости).
34.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package) (при необходимости).
34.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package) (при необходимости).
34.6. Для урологических исследований (Urology Package) (при необходимости).
34.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package) (при необходимости).
34.8. Для педиатрических исследований (Pediatrics Package) (при необходимости).
34.9. Для исследований нервов (Nerve Package) (при необходимости).
34.10. Для исследований при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package) (при необходимости).
35. Программное обеспечение:
35.1. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic) (при необходимости).
35.2. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist) (при необходимости).

35.3. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS) (при необходимости).
35.4. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve) (при необходимости).
35.5. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR) (при необходимости).
35.6. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR) (при необходимости).
35.7. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR) (при необходимости).
35.8. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для исследований молочных желез в формате DICOM (DICOM Breast SR) (при необходимости).
35.9. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM (DICOM Abdomen SR) (при необходимости).
35.10. Для формирования структурированного отчета при исследованиях поверхностно расположенных органов в формате DICOM (DICOM Small Parts SR) (при необходимости).
35.11. Для объемного сканирования в реальном времени (4D) (при необходимости).
35.12. Для тканевой допплеровской визуализации (TDI) (при необходимости).
35.13. Для количественного анализа в режиме тканевого допплера (TDI QA) (при необходимости).
35.14. Для контрастного усиления левого желудочка (VLMI Contrast) (при необходимости).
35.15. Для проведения исследований в режиме объемной визуализации с контрастированием (Volume CEUS) (при необходимости).
35.16. Для работы в режиме двумерной эластографии методом сдвиговой волны (STE) (при необходимости).
35.17. Для количественной оценки жесткости тканей методом сдвиговой волны (STQ) (при необходимости).
35.18. Для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда методом спекл-трекинг (Tissue Tracking QA) (при необходимости).
36.19. Для мультисрезового томографического отображения данных объемного изображения с регулировкой толщины среза (iPage+) (при необходимости).
35.20. Для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (SCV+) (при необходимости).
35.21. Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода (iLive) (при необходимости).
35.22. Для исследования объемного изображения сердца плода (STIC) (при необходимости).
35.23. Для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического допплеровского картирования (Color 3D) (при необходимости).
35.24. Для оценки взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости (Niche) (при необходимости).

35.25. Для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (Smart Volume) (при необходимости).
35.26. Для полуавтоматической трассировки и вычисления объема исследуемого объекта в режиме получения объемного изображения (Smart V Trace) (при необходимости).
35.27. Для автоматического получения стандартных срезов и измерений из объемного изображения при исследовании ЦНС плода (Smart Planes CNS) (при необходимости).
35.28. Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face) (при необходимости).
35.29. Для автоматического определения объема внутричерепного пространства плода (Smart ICV) (при необходимости).
35.30. Для автоматической настройки параметров для получения объемного изображения на основании распознавания анатомических структур (Smart Scene 3D) (при необходимости).
35.31. Для визуализации микроваскулярных структур с медленным кровотоком (Ultra-Micro Angiography) (при необходимости).
35.32. Для обработки изображения с применением технологии стереоскопического восприятия кровотока (Glazing Flow) (при необходимости).
35.33. Для автоматической оценки состояния тазового дна (Smart Pelvic) (при необходимости).
35.34. Для автоматического измерения биометрических параметров плода (Smart OB) (при необходимости).
35.35. Для автоматического измерения ЧСС плода в М-режиме (Smart Fetal HR) (при необходимости).
35.36. Для автоматического оконтуривания, подсчета, определения размеров и объемов фолликулов (Smart FLC) (при необходимости).
35.37. Для контроля проведения экстракорпорального оплодотворения (IVF) (при необходимости).
35.38. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT) (при необходимости).
35.39. Для автоматической оценки образований щитовидной железы (Smart Thyroid) (при необходимости).
35.40. Для автоматической оценки образований молочных желез (Smart Breast) (при необходимости).
35.41. Для автоматической оценки состояния тазобедренного сустава у детей по методу Графа (Smart Hip) (при необходимости).
35.42. Для проведения полуавтоматических измерений исследуемого объекта (Smart Trace) (при необходимости).
35.43. Для определения гепаторенального индекса (Smart HRI) (при необходимости).
35.44. Для автоматического определения границ мочевого пузыря и его объема (Smart Bladder) (при необходимости).
35.45. Для оценки индекса васкуляризации (CPP) (при необходимости).
35.46. Для схематического отображения результатов исследования сосудов (V-Mapping) (при необходимости).
35.47. Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).

35.48. Антивирус ClamAV (при необходимости).
35.49. Для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Smart NT) (при необходимости).
35.50. Для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (AutoEF) (при необходимости).
35.51. Для режима панорамного сканирования (iScape View) (при необходимости).
35.52. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D) (при необходимости).
35.53. Для анатомического М-режима (Free Xros M) (при необходимости).
35.54. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM) (при необходимости).
35.55. Для режима постоянно-волнового допплера CW (при необходимости).
35.56. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography) (при необходимости).
35.57. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) (при необходимости).
35.58. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).
35.59. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) (при необходимости).
35.60. Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) (при необходимости).
35.61. Для исследований левого желудочка с контрастным усилением (LVO) (при необходимости).
35.62. Для автоматического определения толщины комплекса интима-медиа в режиме реального времени (RIMT) (при необходимости).
35.63. DVR-модуль (DVR Module) (при необходимости).
35.64. Для радиочастотного количественного анализа жесткости сосудистой стенки (R-VQS) (при необходимости).
35.65. Для автоматического подсчета количества B-линий (Smart B-line). (при необходимости).
35.66. Для управления голосовыми командами (iVocal) (при необходимости).
Принадлежности:
1. Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша - не более 5 шт.
2. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши - не более 5 шт.
3. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши - не более 5 шт.
4. Набор принадлежностей - не более 5 шт., в составе:
4.1. Кабель заземления - 1 шт.
4.2. Чехол защитный для блока основного - 1 шт.
4.3. Ящик для хранения принадлежностей - 1 шт.
4.4. Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, M4X12 - 1 шт.
4.5. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 2 - 1 шт.
4.6. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 3 - 2 шт.
4.7. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 4 - 3 шт.
V. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Elite, в составе:
1. Блок основной, модель Consona N7 Elite - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.
3. Руководство по эксплуатации (Данные об акустической мощности и температуре на поверхности датчика) - 1 шт.
4. Паспорт - 1 шт.
5. Кабель питания - не более 5 шт.
6. Набор этикеток (на русском языке) - не более 5 шт.
7. Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим, модель EA6232A - 1 шт. (при необходимости).
8. Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA - 1 шт. (при необходимости).
9. Заглушка порта датчика - не более 5 шт.
10. Модуль графического процессора - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
10.1. Модуль графического процессора - 1 шт.
10.2. Защитный кожух - 1 шт.
11. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
11.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - 1 шт.
11.2. Винт M5X12 - 3 шт.
12. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
12.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - 1 шт.
12.2. Винт M5X12 - 3 шт.
13. Набор корзин для хранения принадлежностей - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
13.1. Корзина для хранения принадлежностей - 2 шт.
13.2. Корзина для хранения принадлежностей подвесная - 1 шт.
13.3. Саморез с цилиндрической головкой без наконечника PT4X10 - 2 шт.
14. Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43 - не более 5 шт. (при необходимости).
15. Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard - 1 шт. (при необходимости).
16. Нагреватель геля (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
16.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
16.2. Винт M5X12 - 3 шт.
17. Нагреватель геля (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
17.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
17.2. Винт M5X12 - 3 шт.
18. Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
18.1. USB-кабель - 1 шт.
18.2. USB-кабель удлинительный - 1 шт.
18.3. Микрофон беспроводной - 1 шт.
18.4. Передатчик, модель XPD1 - 1 шт.
18.5. Приемник, модель STAGE RXD2 - 1 шт.
19. Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети - не более 5 шт. (при

необходимости), в составе:
19.1. Блок основной LPA11 - 1 шт.
19.2. Адаптер питания LPA11 - 1 шт.
19.3. Кабель питания для адаптера LPA11 - 1 шт.
19.4. Кабель сетевой LPA11 - 1 шт.
20. Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N - не более 5 шт. (при необходимости).
21. Адаптер для подключения датчика PCM-SA01 - не более 5 шт. (при необходимости).
22. Клавиатура - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Накладка на клавиатуру защитная - не более 5 шт. (при необходимости).
24. Аккумулятор, модель LI24I001H - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Модуль мультифункциональный, поддерживающий работу режимов CW, 4D и работу чреспищеводного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Модуль питания дополнительный SW-PHV, улучшающий разрешающую способность датчика - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
26.1. Плата SW-PHV - 1 шт.
26.2. Крышка модуля SW-PHV - 1 шт.
27. Кабель для подключения карандашного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Модуль Wi-Fi - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
28.1. Адаптер Wi-Fi - 1 шт.
28.2. Антенна Wi-Fi с кабелем IPEX4 - 1 шт.
28.3. Винт M3x5 с гальваническим покрытием - 1 шт.
28.4. Кожух модуля Wi-Fi (4G+ Wi-Fi) - 1 шт.
29. Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
29.1. Блок сканера - 1 шт.
29.2. USB-кабель - 1 шт.
29.3. Держатель сканера - 1 шт.
29.4. Основание - 1 шт.
29.5. Гайка-барашек - 1 шт.
30. Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
30.1. Блок сканера - 1 шт.
30.2. Кабель для подключения сканера штрих-кодов - 1 шт.
31. Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
31.1. Фильтр сетевой - 1 шт.
31.2. Кабель питания 0,5 м - 1 шт.
32. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
32.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.2. Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.3. Датчик ультразвуковой конвексный C6-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.4. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A - не более 5 шт. (при необходимости).
32.5. Датчик ультразвуковой конвексный C6-1 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.6. Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.7. Датчик ультразвуковой конвексный C7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.8. Датчик ультразвуковой линейный L13-3N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.9. Датчик ультразвуковой линейный L13-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.10. Датчик ультразвуковой линейный 7L4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.11. Датчик ультразвуковой линейный L9-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.12. Датчик ультразвуковой линейный L14-3W - не более 5 шт. (при необходимости).
32.13. Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.14. Датчик ультразвуковой линейный L20-5s - не более 5 шт. (при необходимости).
32.15. Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs - не более 5 шт. (при необходимости).
32.16. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.17. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.18. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.19. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.20. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H - не более 5 шт. (при необходимости).
32.21. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB - не более 5 шт. (при необходимости).
32.22. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.23. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.24. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.25. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.26. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.27. Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.28. Датчик ультразвуковой полостной 6LE7 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.29. Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.30. Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.31. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.32. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.33. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - не более 5 шт. (при необходимости), в

составе:
32.33.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - 1 шт.
32.33.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.34. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.34.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - 1 шт.
32.34.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.35. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.35.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - 1 шт.
32.35.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.36. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.36.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - 1 шт.
32.36.2. Чехол коннектора чреспищеводного датчика - 1 шт.
32.36.3. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.37. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.37.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - 1 шт.
32.37.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
33. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
33.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.2. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.3. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.4. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.5. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.6. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.7. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.8. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.9. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.10. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.11. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048 - не

более 10 шт. (при необходимости).
33.12. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.13. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054 - не более 10 шт. (при необходимости).
34. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
34.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости).
34.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package) (при необходимости).
34.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package) (при необходимости).
34.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package) (при необходимости).
34.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package) (при необходимости).
34.6. Для урологических исследований (Urology Package) (при необходимости).
34.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package) (при необходимости).
34.8. Для педиатрических исследований (Pediatrics Package) (при необходимости).
34.9. Для исследований нервов (Nerve Package) (при необходимости).
34.10. Для исследований при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package) (при необходимости).
35. Программное обеспечение:
35.1. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic) (при необходимости).
35.2. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist) (при необходимости).
35.3. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS) (при необходимости).
35.4. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve) (при необходимости).
35.5. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR) (при необходимости).
35.6. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR) (при необходимости).
35.7. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR) (при необходимости).
35.8. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для исследований молочных желез в формате DICOM (DICOM Breast SR) (при необходимости).
35.9. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM (DICOM Abdomen SR) (при необходимости).
35.10. Для формирования структурированного отчета при исследованиях поверхностно расположенных органов в формате DICOM (DICOM Small Parts SR) (при необходимости).
35.11. Для объемного сканирования в реальном времени (4D) (при необходимости).
35.12. Для тканевой допплеровской визуализации (TDI) (при необходимости).

35.13. Для количественного анализа в режиме тканевого допплера (TDI QA) (при необходимости).
35.14. Для контрастного усиления левого желудочка (VLMI Contrast) (при необходимости).
35.15. Для проведения исследований в режиме объемной визуализации с контрастированием (Volume CEUS) (при необходимости).
35.16. Для работы в режиме двумерной эластографии методом сдвиговой волны (STE) (при необходимости).
35.17. Для количественной оценки жесткости тканей методом сдвиговой волны (STQ) (при необходимости).
35.18. Для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда методом спекл-трекинг (Tissue Tracking QA) (при необходимости).
36.19. Для мультисрезового томографического отображения данных объемного изображения с регулировкой толщины среза (iPage+) (при необходимости).
35.20. Для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (SCV+) (при необходимости).
35.21. Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода (iLive) (при необходимости).
35.22. Для исследования объемного изображения сердца плода (STIC) (при необходимости).
35.23. Для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического допплеровского картирования (Color 3D) (при необходимости).
35.24. Для оценки взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости (Niche) (при необходимости).
35.25. Для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (Smart Volume) (при необходимости).
35.26. Для полуавтоматической трассировки и вычисления объема исследуемого объекта в режиме получения объемного изображения (Smart V Trace) (при необходимости).
35.27. Для автоматического получения стандартных срезов и измерений из объемного изображения при исследовании ЦНС плода (Smart Planes CNS) (при необходимости).
35.28. Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face) (при необходимости).
35.29. Для автоматического определения объема внутричерепного пространства плода (Smart ICV) (при необходимости).
35.30. Для автоматической настройки параметров для получения объемного изображения на основании распознавания анатомических структур (Smart Scene 3D) (при необходимости).
35.31. Для визуализации микроваскулярных структур с медленным кровотоком (Ultra-Micro Angiography) (при необходимости).
35.32. Для обработки изображения с применением технологии стереоскопического восприятия кровотока (Glazing Flow) (при необходимости).
35.33. Для автоматической оценки состояния тазового дна (Smart Pelvic) (при необходимости).
35.34. Для автоматического измерения биометрических параметров плода (Smart OB) (при необходимости).

35.35. Для автоматического измерения ЧСС плода в М-режиме (Smart Fetal HR) (при необходимости).
35.36. Для автоматического оконтуривания, подсчета, определения размеров и объемов фолликулов (Smart FLC) (при необходимости).
35.37. Для контроля проведения экстракорпорального оплодотворения (IVF) (при необходимости).
35.38. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT) (при необходимости).
35.39. Для автоматической оценки образований щитовидной железы (Smart Thyroid) (при необходимости).
35.40. Для автоматической оценки образований молочных желез (Smart Breast) (при необходимости).
35.41. Для автоматической оценки состояния тазобедренного сустава у детей по методу Графа (Smart Hip) (при необходимости).
35.42. Для проведения полуавтоматических измерений исследуемого объекта (Smart Trace) (при необходимости).
35.43. Для определения гепаторенального индекса (Smart HRI) (при необходимости).
35.44. Для автоматического определения границ мочевого пузыря и его объема (Smart Bladder) (при необходимости).
35.45. Для оценки индекса васкуляризации (CPP) (при необходимости).
35.46. Для схематического отображения результатов исследования сосудов (V-Mapping) (при необходимости).
35.47. Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).
35.48. Антивирус ClamAV (при необходимости).
35.49. Для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Smart NT) (при необходимости).
35.50. Для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (AutoEF) (при необходимости).
35.51. Для режима панорамного сканирования (iScape View) (при необходимости).
35.52. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D) (при необходимости).
35.53. Для анатомического М-режима (Free Xros M) (при необходимости).
35.54. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM) (при необходимости).
35.55. Для режима постоянно-волнового допплера CW (при необходимости).
35.56. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography) (при необходимости).
35.57. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) (при необходимости).
35.58. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).
35.59. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) (при необходимости).
35.60. Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) (при необходимости).
35.61. Для исследований левого желудочка с контрастным усилением (LVO) (при

необходимости).
35.62. Для автоматического определения толщины комплекса интима-медиа в режиме реального времени (RIMT) (при необходимости).
35.63. DVR-модуль (DVR Module) (при необходимости).
35.64. Для радиочастотного количественного анализа жесткости сосудистой стенки (R-VQS) (при необходимости).
35.65. Для автоматического подсчета количества B-линий (Smart B-line). (при необходимости).
35.66. Для управления голосовыми командами (iVocal) (при необходимости).
Принадлежности:
1. Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша - не более 5 шт.
2. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши - не более 5 шт.
3. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши - не более 5 шт.
4. Набор принадлежностей - не более 5 шт., в составе:
4.1. Кабель заземления - 1 шт.
4.2. Чехол защитный для блока основного - 1 шт.
4.3. Ящик для хранения принадлежностей - 1 шт.
4.4. Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, M4X12 - 1 шт.
4.5. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 2 - 1 шт.
4.6. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 3 - 2 шт.
4.7. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 4 - 3 шт.
VI. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Ultra, в составе:
1. Блок основной, модель Consona N7 Ultra - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.
3. Руководство по эксплуатации (Данные об акустической мощности и температуре на поверхности датчика) - 1 шт.
4. Паспорт - 1 шт.
5. Кабель питания - не более 5 шт.
6. Набор этикеток (на русском языке) - не более 5 шт.
7. Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим, модель EA6232A - 1 шт. (при необходимости).
8. Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA - 1 шт. (при необходимости).
9. Заглушка порта датчика - не более 5 шт.
10. Модуль графического процессора - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
10.1. Модуль графического процессора - 1 шт.
10.2. Защитный кожух - 1 шт.
11. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
11.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - 1 шт.
11.2. Винт M5X12 - 3 шт.
12. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

12.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - 1 шт.
12.2. Винт M5X12 - 3 шт.
13. Набор корзин для хранения принадлежностей - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
13.1. Корзина для хранения принадлежностей - 2 шт.
13.2. Корзина для хранения принадлежностей подвесная - 1 шт.
13.3. Саморез с цилиндрической головкой без наконечника PT4X10 - 2 шт.
14. Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43 - не более 5 шт. (при необходимости).
15. Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard - 1 шт. (при необходимости).
16. Нагреватель геля (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
16.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
16.2. Винт M5X12 - 3 шт.
17. Нагреватель геля (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
17.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.
17.2. Винт M5X12 - 3 шт.
18. Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
18.1. USB-кабель - 1 шт.
18.2. USB-кабель удлинительный - 1 шт.
18.3. Микрофон беспроводной - 1 шт.
18.4. Передатчик, модель XPD1 - 1 шт.
18.5. Приемник, модель STAGE RXD2 - 1 шт.
19. Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
19.1. Блок основной LPA11 - 1 шт.
19.2. Адаптер питания LPA11 - 1 шт.
19.3. Кабель питания для адаптера LPA11 - 1 шт.
19.4. Кабель сетевой LPA11 - 1 шт.
20. Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N - не более 5 шт. (при необходимости).
21. Адаптер для подключения датчика PCM-SA01 - не более 5 шт. (при необходимости).
22. Клавиатура - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Накладка на клавиатуру защитная - не более 5 шт. (при необходимости).
24. Аккумулятор, модель LI24I001H - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Модуль мультифункциональный, поддерживающий работу режимов CW, 4D и работу чреспищеводного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Модуль питания дополнительный SW-PHV, улучшающий разрешающую способность датчика - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
26.1. Плата SW-PHV - 1 шт.
26.2. Крышка модуля SW-PHV - 1 шт.
27. Кабель для подключения карандашного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Модуль Wi-Fi - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

28.1. Адаптер Wi-Fi - 1 шт.

28.2. Антенна Wi-Fi с кабелем IPEX4 - 1 шт.

28.3. Винт M3x5 с гальваническим покрытием - 1 шт.

28.4. Кожух модуля Wi-Fi (4G+ Wi-Fi) - 1 шт.

29. Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

29.1. Блок сканера - 1 шт.

29.2. USB-кабель - 1 шт.

29.3. Держатель сканера - 1 шт.

29.4. Основание - 1 шт.

29.5. Гайка-барашек - 1 шт.

30. Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

30.1. Блок сканера - 1 шт.

30.2. Кабель для подключения сканера штрих-кодов - 1 шт.

31. Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

31.1. Фильтр сетевой - 1 шт.

31.2. Кабель питания 0,5 м - 1 шт.

32. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:

32.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.2. Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).

32.3. Датчик ультразвуковой конвексный C6-2 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.4. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A - не более 5 шт. (при необходимости).

32.5. Датчик ультразвуковой конвексный C6-1 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.6. Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.7. Датчик ультразвуковой конвексный C7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.8. Датчик ультразвуковой линейный L13-3N - не более 5 шт. (при необходимости).

32.9. Датчик ультразвуковой линейный L13-3 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.10. Датчик ультразвуковой линейный 7L4B - не более 5 шт. (при необходимости).

32.11. Датчик ультразвуковой линейный L9-3 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.12. Датчик ультразвуковой линейный L14-3W - не более 5 шт. (при необходимости).

32.13. Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.14. Датчик ультразвуковой линейный L20-5s - не более 5 шт. (при необходимости).

32.15. Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs - не более 5 шт. (при необходимости).

32.16. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).

32.17. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.18. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.19. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.20. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H - не более 5 шт. (при необходимости).
32.21. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB - не более 5 шт. (при необходимости).
32.22. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.23. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.24. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.25. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.26. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.27. Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.28. Датчик ультразвуковой полостной 6LE7 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.29. Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.30. Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.31. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.32. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.33. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.33.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - 1 шт.
32.33.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.34. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.34.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - 1 шт.
32.34.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.35. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.35.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - 1 шт.
32.35.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.36. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.36.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - 1 шт.
32.36.2. Чехол коннектора чреспищеводного датчика - 1 шт.
32.36.3. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.37. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.37.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - 1 шт.

32.37.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
33. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
33.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.2. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.3. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.4. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.5. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.6. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.7. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.8. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.9. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.10. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.11. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.12. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.13. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054 - не более 10 шт. (при необходимости).
34. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
34.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости).
34.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package) (при необходимости).
34.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package) (при необходимости).
34.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package) (при необходимости).
34.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package) (при необходимости).
34.6. Для урологических исследований (Urology Package) (при необходимости).
34.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package) (при необходимости).
34.8. Для педиатрических исследований (Pediatrics Package) (при необходимости).
34.9. Для исследований нервов (Nerve Package) (при необходимости).
34.10. Для исследований при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package) (при необходимости).
35. Программное обеспечение:

35.1. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic) (при необходимости).
35.2. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist) (при необходимости).
35.3. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS) (при необходимости).
35.4. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve) (при необходимости).
35.5. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR) (при необходимости).
35.6. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR) (при необходимости).
35.7. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR) (при необходимости).
35.8. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для исследований молочных желез в формате DICOM (DICOM Breast SR) (при необходимости).
35.9. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM (DICOM Abdomen SR) (при необходимости).
35.10. Для формирования структурированного отчета при исследованиях поверхностно расположенных органов в формате DICOM (DICOM Small Parts SR) (при необходимости).
35.11. Для объемного сканирования в реальном времени (4D) (при необходимости).
35.12. Для тканевой допплеровской визуализации (TDI) (при необходимости).
35.13. Для количественного анализа в режиме тканевого допплера (TDI QA) (при необходимости).
35.14. Для контрастного усиления левого желудочка (VLMI Contrast) (при необходимости).
35.15. Для проведения исследований в режиме объемной визуализации с контрастированием (Volume CEUS) (при необходимости).
35.16. Для работы в режиме двумерной эластографии методом сдвиговой волны (STE) (при необходимости).
35.17. Для количественной оценки жесткости тканей методом сдвиговой волны (STQ) (при необходимости).
35.18. Для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда методом спекл-трекинг (Tissue Tracking QA) (при необходимости).
36.19. Для мультисрезового томографического отображения данных объемного изображения с регулировкой толщины среза (iPage+) (при необходимости).
35.20. Для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (SCV+) (при необходимости).
35.21. Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода (iLive) (при необходимости).
35.22. Для исследования объемного изображения сердца плода (STIC) (при необходимости).
35.23. Для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического

допплеровского картирования (Color 3D) (при необходимости).
35.24. Для оценки взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости (Niche) (при необходимости).
35.25. Для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (Smart Volume) (при необходимости).
35.26. Для полуавтоматической трассировки и вычисления объема исследуемого объекта в режиме получения объемного изображения (Smart V Trace) (при необходимости).
35.27. Для автоматического получения стандартных срезов и измерений из объемного изображения при исследовании ЦНС плода (Smart Planes CNS) (при необходимости).
35.28. Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face) (при необходимости).
35.29. Для автоматического определения объема внутричерепного пространства плода (Smart ICV) (при необходимости).
35.30. Для автоматической настройки параметров для получения объемного изображения на основании распознавания анатомических структур (Smart Scene 3D) (при необходимости).
35.31. Для визуализации микроваскулярных структур с медленным кровотоком (Ultra-Micro Angiography) (при необходимости).
35.32. Для обработки изображения с применением технологии стереоскопического восприятия кровотока (Glazing Flow) (при необходимости).
35.33. Для автоматической оценки состояния тазового дна (Smart Pelvic) (при необходимости).
35.34. Для автоматического измерения биометрических параметров плода (Smart OB) (при необходимости).
35.35. Для автоматического измерения ЧСС плода в М-режиме (Smart Fetal HR) (при необходимости).
35.36. Для автоматического оконтуривания, подсчета, определения размеров и объемов фолликулов (Smart FLC) (при необходимости).
35.37. Для контроля проведения экстракорпорального оплодотворения (IVF) (при необходимости).
35.38. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT) (при необходимости).
35.39. Для автоматической оценки образований щитовидной железы (Smart Thyroid) (при необходимости).
35.40. Для автоматической оценки образований молочных желез (Smart Breast) (при необходимости).
35.41. Для автоматической оценки состояния тазобедренного сустава у детей по методу Графа (Smart Hip) (при необходимости).
35.42. Для проведения полуавтоматических измерений исследуемого объекта (Smart Trace) (при необходимости).
35.43. Для определения гепаторенального индекса (Smart HRI) (при необходимости).
35.44. Для автоматического определения границ мочевого пузыря и его объема (Smart Bladder) (при необходимости).

35.45. Для оценки индекса васкуляризации (CPP) (при необходимости).
35.46. Для схематического отображения результатов исследования сосудов (V-Mapping) (при необходимости).
35.47. Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).
35.48. Антивирус ClamAV (при необходимости).
35.49. Для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Smart NT) (при необходимости).
35.50. Для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (AutoEF) (при необходимости).
35.51. Для режима панорамного сканирования (iScape View) (при необходимости).
35.52. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D) (при необходимости).
35.53. Для анатомического М-режима (Free Xros M) (при необходимости).
35.54. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM) (при необходимости).
35.55. Для режима постоянно-волнового допплера CW (при необходимости).
35.56. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography) (при необходимости).
35.57. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) (при необходимости).
35.58. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).
35.59. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) (при необходимости).
35.60. Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) (при необходимости).
35.61. Для исследований левого желудочка с контрастным усилением (LVO) (при необходимости).
35.62. Для автоматического определения толщины комплекса интима-медиа в режиме реального времени (RIMT) (при необходимости).
35.63. DVR-модуль (DVR Module) (при необходимости).
35.64. Для радиочастотного количественного анализа жесткости сосудистой стенки (R-VQS) (при необходимости).
35.65. Для автоматического подсчета количества B-линий (Smart B-line). (при необходимости).
35.66. Для управления голосовыми командами (iVocal) (при необходимости).
Принадлежности:
1. Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша - не более 5 шт.
2. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши - не более 5 шт.
3. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши - не более 5 шт.
4. Набор принадлежностей - не более 5 шт., в составе:
4.1. Кабель заземления - 1 шт.
4.2. Чехол защитный для блока основного - 1 шт.
4.3. Ящик для хранения принадлежностей - 1 шт.
4.4. Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, M4X12 - 1 шт.
4.5. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 2 - 1 шт.
4.6. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 3 - 2 шт.

4.7. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 4 - 3 шт.

VII. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Plus, в составе:

1. Блок основной, модель Consona N7 Plus- 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.

3. Руководство по эксплуатации (Данные об акустической мощности и температуре на поверхности датчика) - 1 шт.

4. Паспорт - 1 шт.

5. Кабель питания - не более 5 шт.

6. Набор этикеток (на русском языке) - не более 5 шт.

7. Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим, модель EA6232A - 1 шт. (при необходимости).

8. Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA - 1 шт. (при необходимости).

9. Заглушка порта датчика - не более 5 шт.

10. Модуль графического процессора - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

10.1. Модуль графического процессора - 1 шт.

10.2. Защитный кожух - 1 шт.

11. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

11.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) - 1 шт.

11.2. Винт M5X12 - 3 шт.

12. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

12.1. Держатель специализированный для внутриполостного датчика (правый) - 1 шт.

12.2. Винт M5X12 - 3 шт.

13. Набор корзин для хранения принадлежностей - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

13.1. Корзина для хранения принадлежностей - 2 шт.

13.2. Корзина для хранения принадлежностей подвесная - 1 шт.

13.3. Саморез с цилиндрической головкой без наконечника PT4X10 - 2 шт.

14. Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43 - не более 5 шт. (при необходимости).

15. Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard - 1 шт. (при необходимости).

16. Нагреватель геля (левый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

16.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.

16.2. Винт M5X12 - 3 шт.

17. Нагреватель геля (правый) - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

17.1. Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21 - 1 шт.

17.2. Винт M5X12 - 3 шт.

18. Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

18.1. USB-кабель - 1 шт.

18.2. USB-кабель удлинительный - 1 шт.

18.3. Микрофон беспроводной - 1 шт.
18.4. Передатчик, модель XPD1 - 1 шт.
18.5. Приемник, модель STAGE RXD2 - 1 шт.
19. Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
19.1. Блок основной LPA11 - 1 шт.
19.2. Адаптер питания LPA11 - 1 шт.
19.3. Кабель питания для адаптера LPA11 - 1 шт.
19.4. Кабель сетевой LPA11 - 1 шт.
20. Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N - не более 5 шт. (при необходимости).
21. Адаптер для подключения датчика PCM-SA01 - не более 5 шт. (при необходимости).
22. Клавиатура - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Накладка на клавиатуру защитная - не более 5 шт. (при необходимости).
24. Аккумулятор, модель LI24I001H - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Модуль мультифункциональный, поддерживающий работу режимов CW, 4D и работу чреспищеводного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Модуль питания дополнительный SW-PHV, улучшающий разрешающую способность датчика - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
26.1. Плата SW-PHV - 1 шт.
26.2. Крышка модуля SW-PHV - 1 шт.
27. Кабель для подключения карандашного датчика - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Модуль Wi-Fi - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
28.1. Адаптер Wi-Fi - 1 шт.
28.2. Антенна Wi-Fi с кабелем IPEX4 - 1 шт.
28.3. Винт M3x5 с гальваническим покрытием - 1 шт.
28.4. Кожух модуля Wi-Fi (4G+ Wi-Fi) - 1 шт.
29. Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
29.1. Блок сканера - 1 шт.
29.2. USB-кабель - 1 шт.
29.3. Держатель сканера - 1 шт.
29.4. Основание - 1 шт.
29.5. Гайка-барашек - 1 шт.
30. Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
30.1. Блок сканера - 1 шт.
30.2. Кабель для подключения сканера штрих-кодов - 1 шт.
31. Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3 - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
31.1. Фильтр сетевой - 1 шт.
31.2. Кабель питания 0,5 м - 1 шт.
32. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
32.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).

32.2. Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.3. Датчик ультразвуковой конвексный C6-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.4. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A - не более 5 шт. (при необходимости).
32.5. Датчик ультразвуковой конвексный C6-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.6. Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.7. Датчик ультразвуковой конвексный C7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.8. Датчик ультразвуковой линейный L13-3N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.9. Датчик ультразвуковой линейный L13-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.10. Датчик ультразвуковой линейный 7L4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.11. Датчик ультразвуковой линейный L9-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.12. Датчик ультразвуковой линейный L14-3W - не более 5 шт. (при необходимости).
32.13. Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.14. Датчик ультразвуковой линейный L20-5s - не более 5 шт. (при необходимости).
32.15. Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs - не более 5 шт. (при необходимости).
32.16. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N - не более 5 шт. (при необходимости).
32.17. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.18. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.19. Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.20. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H - не более 5 шт. (при необходимости).
32.21. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB - не более 5 шт. (при необходимости).
32.22. Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.23. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.24. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.25. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.26. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.27. Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.28. Датчик ультразвуковой полостной 6LE7 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.29. Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.30. Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
32.31. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2 - не более 5 шт. (при

необходимости).
32.32. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B - не более 5 шт. (при необходимости).
32.33. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.33.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW5s - 1 шт.
32.33.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.34. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.34.1. Датчик ультразвуковой карандашный CW2s - 1 шт.
32.34.2. Вставка для держателя для датчика - 1 шт.
32.35. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.35.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P7-3Ts - 1 шт.
32.35.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.36. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.36.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts - 1 шт.
32.36.2. Чехол коннектора чреспищеводного датчика - 1 шт.
32.36.3. Кейс для транспортировки - 1 шт.
32.37. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
32.37.1. Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts - 1 шт.
32.37.2. Кейс для транспортировки - 1 шт.
33. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
33.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.2. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.3. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.4. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.5. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.6. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.7. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.8. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.9. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034 - не

более 10 шт. (при необходимости).
33.10. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.11. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.12. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053 - не более 10 шт. (при необходимости).
33.13. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054 - не более 10 шт. (при необходимости).
34. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
34.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости).
34.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package) (при необходимости).
34.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package) (при необходимости).
34.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package) (при необходимости).
34.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package) (при необходимости).
34.6. Для урологических исследований (Urology Package) (при необходимости).
34.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package) (при необходимости).
34.8. Для педиатрических исследований (Pediatrics Package) (при необходимости).
34.9. Для исследований нервов (Nerve Package) (при необходимости).
34.10. Для исследований при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package) (при необходимости).
35. Программное обеспечение:
35.1. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic) (при необходимости).
35.2. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist) (при необходимости).
35.3. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS) (при необходимости).
35.4. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve) (при необходимости).
35.5. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR) (при необходимости).
35.6. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR) (при необходимости).
35.7. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR) (при необходимости).
35.8. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для исследований молочных желез в формате DICOM (DICOM Breast SR) (при необходимости).
35.9. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM (DICOM Abdomen SR) (при необходимости).

35.10. Для формирования структурированного отчета при исследованиях поверхностно расположенных органов в формате DICOM (DICOM Small Parts SR) (при необходимости).
35.11. Для объемного сканирования в реальном времени (4D) (при необходимости).
35.12. Для тканевой допплеровской визуализации (TDI) (при необходимости).
35.13. Для количественного анализа в режиме тканевого допплера (TDI QA) (при необходимости).
35.14. Для контрастного усиления левого желудочка (VLMI Contrast) (при необходимости).
35.15. Для проведения исследований в режиме объемной визуализации с контрастированием (Volume CEUS) (при необходимости).
35.16. Для работы в режиме двумерной эластографии методом сдвиговой волны (STE) (при необходимости).
35.17. Для количественной оценки жесткости тканей методом сдвиговой волны (STQ) (при необходимости).
35.18. Для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда методом спекл-трекинг (Tissue Tracking QA) (при необходимости).
36.19. Для мультисрезового томографического отображения данных объемного изображения с регулировкой толщины среза (iPage+) (при необходимости).
35.20. Для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (SCV+) (при необходимости).
35.21. Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода (iLive) (при необходимости).
35.22. Для исследования объемного изображения сердца плода (STIC) (при необходимости).
35.23. Для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического допплеровского картирования (Color 3D) (при необходимости).
35.24. Для оценки взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости (Niche) (при необходимости).
35.25. Для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (Smart Volume) (при необходимости).
35.26. Для полуавтоматической трассировки и вычисления объема исследуемого объекта в режиме получения объемного изображения (Smart V Trace) (при необходимости).
35.27. Для автоматического получения стандартных срезов и измерений из объемного изображения при исследовании ЦНС плода (Smart Planes CNS) (при необходимости).
35.28. Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face) (при необходимости).
35.29. Для автоматического определения объема внутричерепного пространства плода (Smart ICV) (при необходимости).
35.30. Для автоматической настройки параметров для получения объемного изображения на основании распознавания анатомических структур (Smart Scene 3D) (при необходимости).
35.31. Для визуализации микроваскулярных структур с медленным кровотоком (Ultra-Micro Angiography) (при необходимости).
35.32. Для обработки изображения с применением технологии стереоскопического восприятия

кровотока (Glazing Flow) (при необходимости).
35.33. Для автоматической оценки состояния тазового дна (Smart Pelvic) (при необходимости).
35.34. Для автоматического измерения биометрических параметров плода (Smart OB) (при необходимости).
35.35. Для автоматического измерения ЧСС плода в М-режиме (Smart Fetal HR) (при необходимости).
35.36. Для автоматического оконтуривания, подсчета, определения размеров и объемов фолликулов (Smart FLC) (при необходимости).
35.37. Для контроля проведения экстракорпорального оплодотворения (IVF) (при необходимости).
35.38. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT) (при необходимости).
35.39. Для автоматической оценки образований щитовидной железы (Smart Thyroid) (при необходимости).
35.40. Для автоматической оценки образований молочных желез (Smart Breast) (при необходимости).
35.41. Для автоматической оценки состояния тазобедренного сустава у детей по методу Графа (Smart Hip) (при необходимости).
35.42. Для проведения полуавтоматических измерений исследуемого объекта (Smart Trace) (при необходимости).
35.43. Для определения гепаторенального индекса (Smart HRI) (при необходимости).
35.44. Для автоматического определения границ мочевого пузыря и его объема (Smart Bladder) (при необходимости).
35.45. Для оценки индекса васкуляризации (CPP) (при необходимости).
35.46. Для схематического отображения результатов исследования сосудов (V-Mapping) (при необходимости).
35.47. Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).
35.48. Антивирус ClamAV (при необходимости).
35.49. Для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Smart NT) (при необходимости).
35.50. Для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (AutoEF) (при необходимости).
35.51. Для режима панорамного сканирования (iScape View) (при необходимости).
35.52. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D) (при необходимости).
35.53. Для анатомического М-режима (Free Xros M) (при необходимости).
35.54. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM) (при необходимости).
35.55. Для режима постоянно-волнового допплера CW (при необходимости).
35.56. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography) (при необходимости).
35.57. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) (при необходимости).
35.58. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).

35.59. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) (при необходимости).
35.60. Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) (при необходимости).
35.61. Для исследований левого желудочка с контрастным усилением (LVO) (при необходимости).
35.62. Для автоматического определения толщины комплекса интима-медиа в режиме реального времени (RIMT) (при необходимости).
35.63. DVR-модуль (DVR Module) (при необходимости).
35.64. Для радиочастотного количественного анализа жесткости сосудистой стенки (R-VQS) (при необходимости).
35.65. Для автоматического подсчета количества B-линий (Smart B-line). (при необходимости).
35.66. Для управления голосовыми командами (iVocal) (при необходимости).
Принадлежности:
1. Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша - не более 5 шт.
2. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши - не более 5 шт.
3. Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши - не более 5 шт.
4. Набор принадлежностей - не более 5 шт., в составе:
4.1. Кабель заземления - 1 шт.
4.2. Чехол защитный для блока основного - 1 шт.
4.3. Ящик для хранения принадлежностей - 1 шт.
4.4. Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, M4X12 - 1 шт.
4.5. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 2 - 1 шт.
4.6. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 3 - 2 шт.
4.7. Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 4 - 3 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью "Миндрей Медикал Рус";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 129110, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан. 4, пом. I, ком. 7, 11А;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 129110, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан. 4, пом. I, ком. 7, 11А;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: , КНР, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.,

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People s Republic of China;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: , KHP, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People s Republic of China;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Китай;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.132;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 260250;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 1203 Nanhuan Avenue, Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	**Наименование модели**
260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения: I. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7, в составе:
260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения: II. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Pro, в составе:
260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения: III. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7S, в составе:

260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения: IV. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Exp, в составе:
260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения: V. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Elite, в составе:
260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения: VI. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Ultra, в составе:
260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения: VII. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения Consona N7 Plus, в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: B525A1A53191ED9DFDAD410BDFE6A0066C64C758

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2026-10-21 по 2028-01-14